


# OXÍMETRO DE PULSO *iMDK*

Modelo: PO-A2AO

- Correa Incluida
- Variedad de parámetros
-  2 Baterías AAA incluidas



Pantalla giratoria  
4 direcciones



Alta  
precisión



Pantalla  
OLED



Apagado  
automático



Alarma



Registro Sanitario  
COFEPRIS  
0472E2025 SSA

SpO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de medición: 70~99%</li> <li>• Resolución: ±1%</li> <li>• Precisión: ±2% (70%~99%) No especificada</li> </ul>
Frecuencia de Pulso (PR)	Rango de medición: 30~240 bpm
Resolución	Resolución: ±1%
Precisión clínica	Precisión: ±2bpm o ±2% (o el valor mayor aplicable)
Índice de Perfusión	Baja perfusión: ≤0.4%
Sistema de alarma	Notificación automática mediante advertencia visual/sonora al exceder umbrales clínicos establecidos
Apagado automático	Desconexión tras 8 segundos de inactividad
Corriente de funcionamiento	≤30 mA
Fuente de alimentación	Sistema dual de 1.5 V (2 baterías alcalinas AAA incluidas)
Voltaje de suministro operativo	2.6V – 3.6 V

RAZIUG S.A. de C.V.

800 909 2121

[www.raziug.com.mx](http://www.raziug.com.mx)

[contacto@raziug.com.mx](mailto:contacto@raziug.com.mx)